MM4M
MILLS MASKS

CDM:	REFERÊCIAS:
62706411	MMPA132R000099.0
62706594	MMPA132R000099.B
62706608	MMPA132R000099.C
62706586	5600106911931

FICHA TÉCNICA

MÁSCARAS CIRÚRGICAS TIPO IIR

Segundo a norma EN 14683:2019, as máscaras cirúrgicas podem ser classificadas como Tipo I, II ou IIR de acordo com a sua performance relativamente aos parâmetros de eficiência de filtração bacteriana (BFE), diferencial de pressão, Bioburden (indicador da limpeza microbiana) e resistência aos salpicos (apenas para as Tipo IIR).

As máscaras cirúrgicas Tipo IIR são concebidas especificamente para uso profissional podendo ser utilizadas em blocos operatórios e procedimentos clínicos com risco de projeção para a face de fluídos orgânicos.

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)
máscara 1 un	175 x 95	3,5
caixa 50 un	75x115x185	184
caixote 2500 un	600x400x410	10 000



ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE



CLASSIFICAÇÃO	Dispositivo médico classe I MÁSCARA CIRÚRGICA TIPO IIR
MATERIAL CONSTITUINTE	Máscara cirúrgica de uso único, não estéril, com 3 camadas em TNT em polipropileno, com 25g/m ^{2} cada una: - Camada externa hidrofóbica (repelente a fluídos), cor azul; - Camada intermédia, funciona como barreira para os microrganismos, cor branca; - Camada interna, não irritante para a pele, que tem como função principal a absorção da humidade libertada pelo utilizador, cor branca; - Peça nasal ajustável, constituída por metal envolvido em plástico, permitindo assim um ajuste eficaz à face do utilizador e prevenção de fugas de ar na região nasal; - Elásticos fabricados em poliamida e elastano que permitem uma fixação adequada nas orelhas promovendo a adequada vedação facial.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	BFE (Eficiência de Filtração Bacteriológica) ≥ 98 % Diferencial de Pressão < 60 Pa/cm2 Limpeza Microbiana (Bioburden) ≤ 30 cfu/g Resistência aos Salpicos ≥ 16,0 kPa
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE	Em ambiente protegido da humidade e de poeiras, calor, luz solar e fluorescente .
PRAZO DE VALIDADE	2 anos

FABRICADO EM PORTUGAL